


# CE EU-Konformitätserklärung

## EU-Declaration of Conformity

**Wir /we** Shenzhen Lyttop Healthcare Limited  
A201, Building 7, Dongjiu Innovation and Technology Park II,  
No.73, XialiSouth Road, Xiali Lang Community, Nanwan Street,  
Longgang District, Shenzhen, P.R.China

**erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt**  
*declare under our sole responsibility that the product*

**Partikelfiltrierende Atemschutzmaske FFP2 NR LT0313**  
*Disposable Particle Filtering Half Mask FFP2 NR LT0313*



**mit der EU Baumusterprüfbescheinigung M1 69265130 0001**

*is performed the EU type-examination (Module B) CAT III PPE category and is in conformity with the EU-Type Examination Certificate I M1 69265130 0001*

*Expertise*

**ausgestellt von der notifizierten Stelle mit der Kenn-Nr.** TÜV Rheinland InterCert Kft.  
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.  
*issued by the Notified Body* Hungary  
*with Identification No.* 1008

**mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt**  
*and in compliance with the following directives by application of the listed standards*

| Name und Fundort der Verordnung<br><i>Name and Location of the Regulation</i>                       | Nummer sowie Ausgabedatum der Norm<br><i>Number and date of issue of standard</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>persönliche Schutzausrüstungs- Verordnung</b><br><i>Personal Protective Equipment Regulation</i> | EN 149:2001 + A1:2009                                                             |

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2) unter Überwachung der notifizierten Stelle TÜV Rheinland InterCert Kft. mit der Kennnummer NB1008.

*The PPE is in conformity with the essential requirements of the PPE regulation(EU) 2016/425 and where is the case,*

with the international harmonized standard EN149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices-Filtering half masks to protect against particles-Requirements, Testing, Marking. It is subject to the following conformity assessment procedure: Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the notified body TÜV Rheinland InterCert Kft. with the notified body number NB1008.

Shenzhen, 2022-03-01

Place and date (yyyy-mm-dd)

  
Signature

Chief Executive Officer

Lily Wu

Shenzhen-Lyttop Healthcare Limited